

ВІДБИТКОВІ МАСИ



▶ Prestige® Putty / Базова маса середньої жорсткості



- Висока точність передачі деталей
- Час затвердіння в порожнині рота: 3 хв 30 сек
- Жорсткість 67 А за Шором
- Відновлення форми >99.5%
- Без смаку та запаху
- Колір яскраво-рожевий

Упаковка:
2 банки по 450 г

▶ Prestige® A Plus Putty / М'яка базова маса



- Висока точність передачі деталей
- Час затвердіння в порожнині рота: 3 хв 30 сек
- Жорсткість 55 А за Шором
- Відновлення форми >99.5%
- Приємний смак жувальної гумки
- Колір синьо-зелений

Упаковка:
2 банки по 335 г

▶ Prestige® Putty Soft / М'яка базова маса швидкого затвердіння



- Висока точність передачі деталей
- Час затвердіння в порожнині рота: 2 хв 30 сек
- Жорсткість 56 А за Шором
- Відновлення форми >99.5%
- Без смаку та запаху
- Колір персиковий

Упаковка:
2 банки по 450 г

Коригувальна маса для двоетапної та одноетапної методик зняття відбитку / ▶

- Тип III
- Надзвичайна гідрофільність: кут контакту менше 10°!
- Оптимальна текучість
- Час затвердіння в порожнині рота: 2 хв 30 сек
- Висока точність передачі деталей
- Жорсткість 45 А за Шором
- Відновлення форми >99.5%
- Без смаку та запаху
- Колір фіолетовий

Упаковка:

2 картриджі по 50 мл,
12 змішувальних насадок

Prestige® Hydrolight



Коригувальна маса для двоетапної методики зняття відбитку / ▶

- Тип III
- Час затвердіння в порожнині рота: 3 хв 30 сек
- Висока точність передачі деталей
- Жорсткість 45 А за Шором
- Відновлення форми >99.5%
- Приємний смак жувальної гумки
- Колір насичений персиковий

Упаковка:

2 картриджі по 50 мл,
6 змішувальних насадок

Prestige® A Plus Light



Характеристики А-силіконових відбиткових мас Prestige® дають можливість відливати модель уже через 1 годину після зняття відбитку.

Стабільність розмірів відбитку зберігається протягом 7 днів. Матеріали лінійки Prestige® сумісні з усіма високоякісними стоматологічними гіпсами (наприклад, Fujirock GC® класу 4).

Контакт з латексними рукавичками (як з тальком, так і без нього) може перешкоджати затвердінню А-силіконових мас, тому уникайте безпосереднього контакту латексних рукавичок з ретракційними нитками або робочою поверхнею. Для роботи з А-силіконовими матеріалами рекомендується використовувати вінілові або нітрилові рукавички.

► **Prestige® Light** / Коригувальна маса для двоетапної методики зняття відбитку



- Тип III
- Час затвердіння в порожнині рота: 1 хв 30 сек
- Висока точність передачі деталей
- Жорсткість 40 А за Шором
- Відновлення форми >99.5%
- Не має смаку та запаху
- Колір синій

Упаковка:

2 картриджі по 50 мл,
12 змішувальних насадок

► **Prestige® Regular** / Коригувальна маса для двоетапної та одноетапної методик зняття відбитку



- Тип II
- Час затвердіння в порожнині рота: 3 хв 30 сек
- Висока точність передачі деталей
- Жорсткість 45 А за Шором
- Відновлення форми >99.5%
- Не має смаку та запаху
- Колір жовтий

Упаковка:

2 картриджі по 50 мл,
12 змішувальних насадок

► **Prestige® Monophase** / А-силіконовий відбитковий матеріал для зняття монофазних відбитків



- Середня в'язкість, тип II
- Час затвердіння в порожнині рота: 3 хв 30 сек
- Висока точність передачі деталей
- Жорсткість 50 А за Шором
- Відновлення форми >99.5%
- Не має смаку та запаху
- Колір зелений

Упаковка:

2 картриджі по 50 мл,
12 змішувальних насадок

Жорсткий А-силіконовий матеріал для реєстрації прикусу

- Сумісність із системами CAD/CAM: оптичного, лазерного і тактильного сканування
- Тиксотропність та гідрофільність
- Швидке затвердіння: 60 секунд в порожнині рота
- Висока точність передачі деталей: до 2 мкм
- Оптимальна остаточна твердість: 95 А за Шором
- Стабільність розмірів
- Світло-зелений опаковий відтінок

Упаковка:

2 картриджі по 50 мл,
12 змішувальних насадок

Prestige® Bite



Відгук практикуючого лікаря

«Оттискная масса **Protesil** очень приятна в работе: эластичная, точная и стабильная.

Материал хорошо подходит для получения одно- и двухэтапных оттисков. Контрастность базовой (желтой) и корригирующей (зеленой) масс позволяет легко отличить слои оттиска и идентифицировать его мелкие детали.

Хотелось бы отметить простоту перемешивания компонентов **Protesil**: базовой и корригирующей массы с гелем-катализатором. Рабочее время допускает медленное внесение оттискной ложки, что наряду с хорошей эластичностью базовой массы и высокой текучестью корригирующей массы позволяет проснять важные детали протезного ложа без дефектов и оттяжек, при этом не компрессируя мягкие ткани.

В отличие от аналогичных оттискных масс, базовая масса **Protesil** не имеет излишней жесткости и «зернистости» после отверж-

дения, что положительно сказывается на стабильности оттиска в момент выведения из полости рта.

Масса имеет приятный вкус и запах, что важно для положительного восприятия пациентом процедуры получения оттисков.

Оптимальное соотношение «удобство в работе — качество материала — цена».

Практические рекомендации по применению **Protesil**:

- точное соблюдение пропорций при замешивании массы,
- использование адгезива для оттисковых ложек,
- использование шприца для внесения корригирующей оттискной массы».

Пальчиков Анатолий Владимирович,
кандидат медицинских наук,
главный врач стоматологической клиники
«Смайл», г. Киев

Protesil®

С-силіконовий матеріал для зняття усіх видів відбитків для виготовлення усіх видів ортопедичних та ортодонтичних конструкцій

Protesil® Putty



- Маса для зняття базового відбитку
- Деформація при стисканні: 3-5%
- Відновлення форми >99.5%
- Жорсткість 50 А за Шором
- Час затвердіння в порожнині рота: 3 хв
- Смак персиковий
- Колір жовтий

Упаковка:

банка 1.5 кг

Protesil® Light



- Коригувальна маса, тип III
- Висока точність передачі деталей
- Час затвердіння в порожнині рота: 3-4 хв
- Жорсткість 24-30 А за Шором
- Колір зелений

Упаковка:

тюбик 140 мл

Protesil® Catalyst gel



- Універсальний каталізатор
- Колір червоний

Упаковка:

тюбик 60 мл

Ретельно змішуйте каталізатор з базою протягом щонайменше 30 секунд, декілька разів розподіляючи суміш тонким шаром в процесі замішування, поки вона не набуде однорідного забарвлення.

На кожну мірну ложку базової маси «без гірки» відмірюйте відрізок гелю-каталіза-

тора довжиною 4 см. Висока температура в приміщенні або збільшення дози каталізатора можуть пришвидшити процес вулканізації. Низька температура в приміщенні або зменшення дози каталізатора, навпаки, сповільнюють затвердіння.

Еластичний альгінатний матеріал з індикатором робочих фаз за допомогою кольору

- Швидкий час затвердіння в порожнині рота: 1 хв
- Загальний час затвердіння від початку змішування: 2 хв 30 сек
- Висока еластичність
- Легкість замішування до отримання гомогенної консистенції
- Абсолютно не токсичний, безпиловий
- М'ятний смак
- Світло-рожевий колір

Упаковка:
пакет 453 г

Kromalgin®



Універсальний адгезив

- Універсальний адгезив для С-силіконових та А-силіконових матеріалів
- Для усіх видів відбиткових ложок
- Колір рожевий

Упаковка:
пляшечка 10 мл

Prestige® Universal adhesive



Відгуки практикуючих лікарів

У своїй практиці використовую С-силікони фірми VANNINI. Матеріал пластичний, дає найменшу усадку, хороше співвідношення ціни та якості.

Іванець Василь Васильович,
лікар-стоматолог, приватна практика,
с/мт Немирів

Prestige® Putty и Prestige® Regular, как А-силікони, хорошо себя зарекомендовали. Дают высокую точность оттиску, легко и просто замешиваются. Позволяют

выполнить дорогостоящую, качественную работу, при этом доступны по цене. Для меня Protesil® — это эталон С-силиконовых масс. Хорошо проснимает оттиск, достаточно текуч. Приятный на вкус. Я бы его отнес к материалам премиум класса по доступной цене.

Молодан Сергей Васильевич,
врач-стоматолог высшей категории,
частная практика,
г. Днепр



Компанія **VANNINI DENTAL INDUSTRY** (Італія) була заснована в 1947 році під назвою «Джордано Ванніні» для виробництва відбиткових мас та інших стоматологічних матеріалів. У результаті природного розширення у 1985 році компанія стала S.R.L. VANNINI.

Компанія **VANNINI** приділяє максимальну увагу якості та безпеці своїх продуктів, дотриманню чинного законодавства, а також наданню максимально якісного сервісу своїм клієнтам. Продукція відповідає стандарту ISO 9001:2000.

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів, лікарів та інших професійних медичних працівників.

▶ —————
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/факс: (044) 503. 11. 11
info@kristar.ua
www.kristar.ua